

# Технические характеристики средств измерения с очисткой от масла и жира

WIKА типовой лист IN 00.41

## Описание

Средства измерения, характеризующиеся исполнением “без масла и жира”, удовлетворяют унифицированным минимальным техническим характеристикам, касающимся содержания остаточных углеводов.

## Технические характеристики

Технические характеристики	
Остаточный углеводород	Типовое значение: < 1000 мг/м <sup>2</sup> Соответствующие значения для средств измерения с более высокими требованиями по сравнению с описанным здесь приведены в соответствующих типовых листах.
Распространяется	На части, контактирующие с измеряемой средой (значения для частей, не контактирующих с измеряемой средой, по запросу)
Сертификат	2.2 (опционально)

Средства измерения для использования в применениях с кислородом удовлетворяют расширенным требованиям, которые в данном документе не рассматриваются.